

平成20年6月吉日

お客様 各位

倉敷紡績株式会社
バイオメディカル部

機器修理対応中止製品のご連絡

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

日頃の弊社製品のご愛顧ありがとうございます。さて、弊社では機器製品のうち、販売を中止させていただきました製品につきましても、可能な限りメンテナンスを継続する様、努力しておりますが、販売中止後長期間を経過した製品につきましては、予め修理中止のご連絡をさせていただいております。

今回、ご連絡させていただきます製品は、修理部品の調達が不可能となります製品でございます。部品によっては在庫しているものもございますが、定常的なメンテナンス対応が困難となりますので以下の期日をもって修理中止とさせていただきます。何卒、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

つきましては、継続して使用いただいているお客様には現状モデルのご案内もさせていただきます。

1. 修理対応中止対象製品

製品名	型式	発売中止	修理中止期日
プラスミド自動分離装置	PI-100	1994年4月	2008年12月
プラスミド自動分離装置	PI-100Σ	1998年4月	2008年12月
核酸自動分離装置	NA-1000	1999年4月	2009年4月

2. お問い合わせ先

・西日本：

【バイオ機器課】(担当：内田、小谷)

大阪：〒572-0823 大阪府寝屋川市下木田町14-5 クラボウ寝屋川テクノセンター

TEL. 072-820-3079 FAX. 072-820-3095

・東日本

【バイオ機器課】(担当：種子田、園)

東京：〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-7-1 NOF 日本橋本町ビル

TEL. 03-3639-7077 FAX. 03-3639-6998

以上